sts certificazioni — formare saldare valorizzare

Rapporto di verifica strumentale

15/05/25

Mod.25 - Rev.4

N. OFF **948-25**

Numero Rapporto **10399**

Tipologia	Manometro	Codice Serial Number	**48152445**
Marca	TESTO	Caratteristica	557

Cliente **TERMOIDRAULICA ANTONEL S.R.L.**

P.IVA/CF 00398770933

Strumenti campione	Riferimento di Taratura	Data Taratura
SKU 114378	LAT 052 2305663PSI	26/04/2023

Per dettagli sulla catena metrologica e certificati LAT cliccare su questo link http://www.stscertificazioni.it/certficati-lat/

PROCEDURA DI VERIFICA UTILIZZATA

1. Prima di operare sullo strumento, verificare che la temperatura ambientale sia compresa tra i 10 e i 25°C;
2. Verificare l'azzeramento della lancetta del gruppo manometrico, ove necessario, azzerare manualmente tramite l'opportuno registro;
3. Pulire le parti sensibili alla verifica;
4. Effettuare la verifica nei vari intervalli, ripetere la misurazione almeno 3 volte per step;
5. Il valore dello Scostamento ammissibile consigliato deve essere inferiore alla classe di appartenenza della misurazione (es. K1,6%).

EVIDENZA DELLA VERIFICA

Temperatura ambientale (C°) 24,5 — Umidità ambientale 60,0%

Verifica funzionamento generale	X KO
Verifica dello stato del prodotto	X KO
Verifica funzionamento display	X KO

Valori nominali Strumento		Valori rilevati			Media	Scostamento consigliato [±]	Scostamento Verificato
		Lettura 1	Lettura 2	Lettura 3			
Bar	1,770	1,700	1,700	1,700	1,700	*5,00%*	-3,955%
Bar	10,606	10,650	10,650	10,650	10,650	*5,00%*	0,415%
Bar	26,130	26,100	26,100	26,100	26,100	*5,00%*	-0,115%
Bar	33,766	33,690	33,690	33,690	33,690	*5,00%*	-0,225%

Data verifica	Eseguito da	Registrato da	Frequenza taratura
15/05/25	Torricelli Eddy	Torricelli Eddy	12 mesi *Consigliata*

Note

I risultati di misura ottenuti definiscono lo strumento controllato come:

a cura del Proprietario o utilizzatore dello strumento

Conforme	Non Conforme	Da declassare

Data della prossima verifica: 15/05/26