15/05/25

Rapporto di verifica strumentale

Mod.25 - Rev.4

N. OFF **948-25**

Numero Rapporto **10401**

Tipologia	Bilancia	Codice Serial Number	**082111002229**
Marca	TIF	Caratteristica	9030

Cliente **TERMOIDRAULICA ANTONEL S.R.L.**

P.IVA/CF 00398770933

Strumenti campione	Riferimento di Taratura	Data Taratura
CIBE	LAT 117 24/M/1516	02/05/2024

Per dettagli sulla catena metrologica e certificati LAT cliccare su questo link http://www.stscertificazioni.it/certficati-lat/

PROCEDURA DI VERIFICA UTILIZZATA

1. Prima di operare sullo strumento, verificare che la temperatura ambientale sia compresa tra i 10 e i 25°C;
2. Porre lo strumento su una superficie piana e priva di asperità e, ove necessario, azzerarlo;
4. Effettuare la verifica nei vari intervalli, ripetere la misurazione almeno 3 volte per step;
4. Attendere almeno 10 secondi tra un verifica e l'altra;
5. Lo scostamento ammissibile consigliato deve essere inferiore a quanto indicato.

EVIDENZA DELLA VERIFICA

Temperatura ambientale (C°) 24,5 Umidità ambientale 60,0%

Verifica funzionamento generale	X KO
Verifica dello stato del prodotto	X KO
Verifica funzionamento display	X KO

Valori nominali Strumento		Valori rilevati			Media	Scostamento consigliato [±]	Scostamento Verificato
		Lettura 1	Lettura 2	Lettura 3			
Kg	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	*5,00%*	0,000%
Kg	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	*5,00%*	0,000%
Kg	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	*5,00%*	0,000%
Kg	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	*5,00%*	0,000%

Data verifica	Eseguito da	Registrato da	Frequenza taratura
15/05/25	Torricelli Eddy	Torricelli Eddy	12 mesi *Consigliata*

Note

I risultati di misura ottenuti definiscono lo strumento controllato come:

a cura del Proprietario o utilizzatore dello strumento

Conforme	Non Conforme	Da declassare

Data della prossima verifica: 15/05/26